

染色体核型检查报告

第1页, 共1页

姓名: ipsc LRDZ-2P10	样品类型: /	门诊/住院号: /	报告编号: NJCD210708-003A
性别: /	样品性状: 外观正常	科室/病区: /	公司条码: 2C4133000325
年龄: / 岁	送检医生: /	临床印象: /	
床号: /	医院条码: /	送检单位: 南京艾尔普再生医学科技有限公司	


检测项目:

生产用传代细胞染色体核型分析

诊断依据:

《人类细胞遗传学国际命名体系》ISCN 2016

核型图像:



分析结果:

46, XY

核型描述:

经培养后进行染色体核型分析, 见46条染色体, 数目正常。性染色体为XY, 为男性核型。染色体结构未见明显异常。

备注:

202106023

附注: 常规染色体检查不能诊断染色体微小结构改变、单基因遗传病、多基因遗传病、环境和药物导致的胎儿宫内发育异常; 不能完全排除低比例嵌合以及母体污染。

申明: 此报告仅对送检样品负责, 供临床参考。如对此结果有疑问, 请于收到报告后7个工作日内与我们联系。

检验者:

王艳玲

审核者:

蒋春平

批准人:

凌黎

采集日期: 2021-07-08

接收日期: 2021-07-08

报告日期: 2021-07-20

报告无检验者、审核者、批准人签字无效; 未经本机构批准, 不得复制(全文复制除外)报告。

南京市江宁区龙眠大道568号生命科技小镇11栋

联系电话: 025-86183835



网址: www.adicon.com.cn